



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Most, VI. Vančury 1428/7, 434 01 Most
tel. +420 476 104 330, fax. +420 476 105 460

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 20. listopad 2018

List 1 z 1 listu

Zákazník: CELIO a.s.
V Růžodolu 2
435 14 Litvínov 7

Měřidlo - druh: váhy s neautomatickou činností

Třída přesnosti: III

Výrobce: Schenck Process Europe GmbH

Typ: DISOMAT Opus

Výrobní číslo: AS44831

Evidenční číslo: Neuvedeno

Specifikace: Max = 60000 kg Min = 400 kg
e = 20 kg, d = 20 kg

Použité etalony: Sekundární etalony hmotnosti tř.M1, 20 kg (100 ks), kalibrační list č. 4151-KL-H0011-18, kalibrováno ČMI OI Most.
Sekundární etalonové zatěžovací bloky IV. řádu ČMI OI Most, á 500 kg, á 1000 kg; kalibrovány v ČMI Jihlava 25.1. 2018, kalibrační list č. 6151 -KL-H0073-18.

Datum provedení: 20. listopad 2018

Místo provedení: skládka Celio vjezd

Výsledek: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.


Platnost ověření: Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel oblastního inspektorátu:


Milan Černý




Ing. Vítězslav Suchý

Toto potvrzení nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožováno jinak než v celkovém počtu listů. Potvrzení o ověření stanoveného měřidla se vydává jako nepovinný doklad na základě zvláštního požadavku zákazníka.



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Most, Vl. Vančury 1428/7, 434 01 Most
tel. +420 476 104 330, fax. +420 476 105 460

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 20. listopad 2018

List 1 z 1 listu

Zákazník: CELIO a.s.
V Růžodolu 2
435 14 Litvínov 7

Měřidlo - druh: váhy s neautomatickou činností

Třída přesnosti: III

Výrobce: Schenck Process Europe GmbH

Typ: DISOMAT Opus

Výrobní číslo: AS44832

Evidenční číslo: Neuvedeno

Specifikace: Max = 60000 kg Min = 400 kg
c = 20 kg, d = 20 kg

Použité etalony: Sekundární etalony hmotnosti tř.MI, 20 kg (100 ks), kalibrační list č. 4151-KL-H0011-18, kalibrováno ČMI OI Most.
Sekundární etalonové zatěžovací bloky IV. řádu ČMI OI Most, á 500 kg, á 1000 kg; kalibrovány v ČMI Jihlava 25.1. 2018, kalibrační list č. 6151 -KL-H0073-18.

Datum provedení: 20. listopad 2018

Místo provedení: skládka Celio vjezd

Výsledek: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Platnost ověření: Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:


Milan Černý



Ředitel oblastního inspektorátu:


Ing. Vítězslav Suchý

*Toto potvrzení nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožováno jinak než v celkovém počtu listů.
Potvrzení o ověření stanoveného měřidla se vydává jako nepovinný doklad na základě zvláštního požadavku zákazníka.*